

chemist and medcart for qa20 - Ошибка #13897

[калужский] термомерт программы показывает ошибочные значения

04/27/2021 06:59 PM - kaluzskiy alexandr

Status:	Новая	Start date:	04/27/2021
Priority:	Нормальный	Due date:	
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
шаги:			
1.установить две колбы			
2.нагреть одну колбу			
3. выбрать термометр и измерить температуру в каждой колбе			
ожидаемый результат:			
в нагретой колбе температура выше, чем в ненагретой			
фактический результат:			
температура в ненагретой колбе определяется выше, чем в нагретой			